



99%  
SENSIBILITÉ  
SPÉCIFICITÉ  
99%



## SNAP<sup>®</sup>4DX<sup>®</sup>Plus *Dirofilaria immitis*

Recommandations pour l'interprétation des résultats d'analyse

Résultat SNAP<sup>®</sup>4DX<sup>®</sup>Plus positif = présence de l'antigène

NFS, examen biochimique incluant la SDMA, électrolytes, analyse urinaire complète dont RPCU

Diagnostic

Test de filtration (microfilaires)  
+ confirmation présence de macrofilaires  
au laboratoire

Examen  
complémentaire

Radiographie thoracique

Traitement

Suivre les guidelines de  
la American Heartworm Society (AHS)

Suivi

- Evaluer la fonction cardiaque
- Contrôle 6 mois après traitement :  
Test de filtration + SNAP<sup>®</sup>4DX<sup>®</sup>Plus
- Traitement de prévention

